Лучший разработчик стандарта

Поздеева
Людмила Аркадьевна
Врач-педиатр участковый

БУЗ УР "ГКБ № 8 МЗ УР"
Инструкция по эксплуатации, обработке
Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных ВЕ-15-"САША"

Лист 1 из 1
Редакция 1

Нормативные ссылки:
- Руководство по эксплуатации
- СанПиН 1.3.2630-10

Ответственные: медицинский персонал отделения

№ п/п	Что нужно Наименование этапа	Как нужно выполнить Ключевой аспект	Как нужно выполнить Фотография
1.	Перед началом работы оборудования	Проверить исправность сетевого кабеля и шнура. Включить вилку сетевого шнура в сеть, включить сетевой выключатель.	
2.	Перед началом процедуры	Получить информированное согласие представителя пациента и предложить раздеть ребенка.	
3.	Во время процедуры	Положить на платформу пеленку и после фиксации массы пеленки (фиксация массы определяется прекращением мигания точки на индикаторе) нажать кнопку Т.	
4.	Порядок процедуры	Положить на платформу ребенка. Через некоторое время на индикаторе высветится показание массы ребенка. Снять ребенка с весов. Значение массы останется зафиксированным на 35-40 секунд. До истечения этого времени весы могут быть обнулены нажатием кнопки Т. При перегрузке весов на индикаторе высветится символ Н.	
5.	Порядок дезинфекции	Произвести обработку грузоприемной платформы дезинфицирующим средством с моющим эффектом согласно инструкции.	
6.	Техническое обслуживание	Весы подлежат Государственной поверке и пломбированию после ремонта и в процессе эксплуатации. Межповерочный интервал - 1 год	



БУЗ УР "ГКБ № 8 МЗ УР"
Инструкция по эксплуатации, обработке
Ростомер детский медицинский

Лист 1 из 1
Редакция 1

Нормативные ссылки:
- Руководство по эксплуатации
- СанПиН 1.3.2630-10

Ответственные: медицинский персонал отделения

№ п/п	Что нужно Наименование этапа	Как нужно выполнить Ключевой аспект	Как нужно выполнить Фотография
1.	Перед началом работы оборудования	Проверить исправность	
2.	Перед началом процедуры	Получить информированное согласие законного представителя пациента и предложить раздеть ребенка.	
3.	Во время процедуры	Положить в ниши ростомера пеленку	
4.	Порядок процедуры	1. Положите ребенка головой в нишу ростомера до упора с подголовником 2. Отведите ползун ростомера, рукой выпрямите ножки ребенка 3. Подведите ползун ростомера до упора с ножками ребенка 4. Считайте показания ростомера согласно указателю шкалы	
5.	Порядок дезинфекции	Произвести обработку наружных поверхностей дезинфицирующим средством с моющим эффектом согласно инструкции.	
6.	Техническое обслуживание	Поверка изделия проводится по документу Ростомер детский медицинский РДМ-01. Межповерочный интервал - 2 года	

Лучший лидер рабочей группы

Пономарева
Ольга Владимировна
Старшая медицинская сестра
детской поликлиники